

Datos técnicos	Mistral B		Mistral S		Mistral N	
Cierre motorizado	●		●		Mecánico	
Pestillo de puerta de seguridad	Eléctrico		Eléctrico		Mecánico	
Tipo de vacío	Fraccionado		Pre y pos vacío		Termodinámico	
Vaporizador instantáneo	●		●		—	
Programas de prueba	Bowie & Dick / Helix / prueba de vacío				—	
Impresora incorporada	●		●		—	
Pantalla	Gráfica		Gráfica		Digital	
M.T.S. Sistema de Prueba de Memoria	●		●		—	
Conexión a PC	●		●		—	
Conexión a desmineralizador de agua	●		●		—	
Ciclo nocturno	●		●		●	
Depósitos de agua internos (carga y vaciado)	2		2		1	
Volumen de la cámara , en litros	18	23	18	23	18	23
Nº de ciclos con la carga de agua (indicativo)	8	6	10	8	16	12
Peso esterilizable envuelto, en kg	3	4,5	3	4,5	2	4
Peso esterilizable sin envolver, en kg	4	6	4	6	4	6
Material poroso , en kg	1	1,5	0,5	1	—	
Peso del aparato vacío , en kg	56	60	45	50	40	45
Medidas exteriores						
Ancho, cm	505	505	450	450	450	450
Alto, cm	394	394	392	392	392	392
Fondo, cm	610	690	610	690	610	690
Tensión de alimentación	230 – 240 VCA					
Frecuencia de la red	50 – 60 Hz					
Potencia nominal	2400 W		2400 W		2000 W	

Unidad de termosellado Thermoseal

- Diseño ergonómico con superficies lisas de fácil limpieza.
- Mango ergonómico con movimiento sin fatiga.
- Indicador automático de finalización del sellado.
- Tiempo de sellado rápido con sellado estirado de 12 mm.
- Resistencia sencilla y fiable, autocontrolada a temperatura constante.
- Portarrodillo oculto.
- Para uso de sobremesa o montaje mural.
- Dimensiones 480 x 198 x 385 mm (L x A x F).
- Potencia absorbida 100 W. Peso 7,5 kg.



Accesorios opcionales



Perfect Water.
Destilador eléctrico.



Ósmosis.
Agua limpia para el autoclave.



Prueba Helix.
Espiral + 100 indicadores para comprobar la esterilización de cuerpos huecos.



Indicador químico.
Envase de 250 uds. Para la comprobación química de cada ciclo de esterilización.



Aquamed.
Desmineralizador de agua con comprobación visual por color de la conductividad, completo con pistola muestreadora.



Data Logger Sts.
Software para adquisición y archivo de datos usando flashcard - USB.



Prueba Bowie & Dick.
Envase desechable. Para comprobar la esterilización en cargas porosas.



Esporas.
Caja de 20 uds. Para la comprobación biológica de la esterilización.